

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0032015

NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 6

Segue abaixo resposta ao questionamento da empresa AUTOM Instrumentos e Sistemas:

Gostaríamos de informações complementares quanto a interface de comunicação do LOTE 3

No edital consta:

- Interface de comunicação SDI-12. (Desejável suporte para interface 4-20 mA simultaneamente.).

Resposta:

Resposta: Trata-se de uma interface digital de comunicação serial a 1200bps comum em equipamentos hidro-meteorológicos (maiores informações consultar: www.sdi-12.org)



Ricardos Silva / Pregoeiro