

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0162016**

**NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 1**

A empresa ARBONNE solicitou os seguintes esclarecimentos:

1- Na especificação

Erro de Inclinação: menor que 2% de 0° até 90° a 1000 W/m<sup>2</sup>.

Gostaríamos de confirmar que este parâmetro é a especificação conhecido internacionalmente como "resposta a inclinação" ou em Ingles "Tilt response".

**Resposta: Confirmado**

2- Na especificação

Não linearidade: < 1% entre 0 a 1000 W/m<sup>2</sup>.

O padrão ISO 9060 especifica que seja medido entre 100 a 1000w/m<sup>2</sup>. Gostaríamos de confirmar que a não linearidade exigida e < 1% entre 100 a 1000 W/m<sup>2</sup>. em atendimento a norma ISO9060

**Resposta: Confirmado**

3- Em relação ao fornecimento de amostra

4.2 Prazo para envio da amostra não poderá ser superior a 15(quinze) dias a contar da

comunicação oficial pelo pregoeiro de que o licitante foi "Habilitado".

**4.2.1 O licitante que não cumprir o prazo de envio da amostra será desclassificado.**

Considerando que estes itens são de fabricação estrangeira, e dada as incertezas na liberação de importações da alfandega Brasileira, gostaríamos de confirmar que a apresentação do Conhecimento Aéreo AWB, comprovando o ENVIO da amostra ao Brasil, dentro do prazo de 15 dias atende o requisito 4.2.

**Resposta: Aceitamos a apresentação do AWB como meio de comprovação do envio da amostra dentro do prazo de 15 (quinze) dias, porém, a amostra deverá estar no endereço do SIMEPAR no prazo máximo total de até 30 (trinta) dias contados da comunicação da habilitação.**

Curitiba-PR., 01 de Agosto de 2016;



Ricarlos Silva – Pregoeiro