


PREGÃO ELETRÔNICO N.º 3222012

NOTA DE ESCLARECIMENTO N.º 1

- 1) Informamos que o objeto do lote nº 6 - barômetro deve ter saída digital SDI12 e saída analógica 0 - 5 Vcc (opcional). Não será aceito pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio o fornecimento de barômetro somente com saída analógica 0 a 5 VCC.
- 2) Informamos que a quantidade correta a ser adquirida do LOTE nº 1 - pluviômetro é de 19 (dezenove) unidades.
- 3) O Range de Medição do Sensor de Nível (LOTE nº 3) é de 0 à 20MCA.

Sem mais para o momento.

Curitiba-PR., 11 de Dezembro de 2012.



Ricardo B. Silva
Pregoeiro