

Assunto: Re: DUVIDAS REF. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0022013 - SIMEPAR - ANTENAS

De: Ricarlos <ricarlos@simepar.br>

Data: 03-05-2013 12:23

Para: VENDAS <vendas@solarimc.com.br>

Sr. Allan

O Certificado de Calibração deve ser apresentado individualmente por sensor, ou seja, cada sensor deve ser acompanhado de seu certificado de calibração.

Pregão Eletrônico nº 0022013 - Processo nº 007

Ricarlos Silva - Pregoeiro

Em 03-05-2013 09:09, VENDAS escreveu:

Obrigado Sr Ricarlos

- Não tendo a intenção de ser insistente mas sobre os **certificados de calibração**

preciso ter a certeza se o **CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO** é exigido por **lote**

ou **individual**, ou seja, é necessário um certificado para cada unidade de produto apresentada, ou um certificado de calibração para cada lote já basta?

- Outra dúvida é no preenchimento da DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

[...] PREGÃO ELETRÔNICO n.º **0022013**, Processon.º,??

Obrigado por sua atenção

Att: Equipe Solar

Em 30/4/2013 08:53, Ricarlos escreveu:

Sr. Allan

Confirmamos a exigência do edital: ANTENA do tipo **YAGI de Polarização Circular (mão direita)**.

Sugestão de fornecedores: Sutron, Vaisala, Watterlog, OTT.

Ricarlos Silva - Pregoeiro

Em 29-04-2013 14:37, VENDAS escreveu:

Ok Obrigado pelo retorno

//

Temos uma outra dúvida que acabou ficando pra trás,
sobre o LOTE 5 - ANTENA YAGI :

Pelo que temos de informação as antenas do tipo YAGI
podem possuir apenas dois tipos de polarização:

VERTICAL OU HORIZONTAL

no edital pede:

Polarização: **Circular** (mão direita) (página 27)

Solicito confirmação desta exigência,

e se há alguma sugestão de fornecedor deste equipamento com esta configuração,
ou uma mais clara objetividade.

Aguardo seu retorno

Obrigado

Att: Equipe Solar

Em 29/4/2013 13:59, Ricarlos escreveu:

Prezado Senhor:

1- O Certificado de calibração que o edital exige, é o certificado de calibração fornecido pelo fabricante, que acompanha o sensor. Os pontos de calibração é a faixa de operação do sensor.

2- Sim, somente por lote.

3- Sim.

Ricarlos Silva - Pregoeiro

Em 26-04-2013 18:01, VENDAS escreveu:

Boa tarde

Conforme indicado segue algumas dúvidas em relação ao edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0022013 - SIMEPAR

CALIBRAÇÃO

1- Quais os pontos de calibração desejada p/ todos os sensores solicitados, pois é mencionado calibração mas não fala em que ponto.

(alguma sugestão de empresas credenciadas para calibração?)

2- Podemos participar por lotes?

3 - As amostras deverão ser entregues com certificado de calibração?

Aguardo seu retorno

Obrigado

--

Atenciosamente,

Allan Belfort
Equipe Solar
Departamento de Compras
Solar Instrumentação Monitoração e Controle Ltda.
Fone / Fax (48) 3333 – 1137
Skype - solarinstrumentacao
www.solarimc.com.br

Visite nosso catálogo www.solarimc.com.br/catalogo.pdf

--

Ricardos Silva-Depto.Compras
CRA/PR 15.603
Instituto Tecnológico SIMEPAR
Curitiba-PR
Fone:(41)3320-2005

--

Atenciosamente,

Allan Belfort
Equipe Solar
Departamento de Compras
Solar Instrumentação Monitoração e Controle Ltda.
Fone / Fax (48) 3333 – 1137
Skype - solarinstrumentacao
www.solarimc.com.br